

件名 高規格救急自動車		
消防局警防部警防課		
番号	質問	回答
1	P15/41 第4-2-(7) ルームミラー下部へ、助手席からも傷病者が見えるようにミラーを設置すること。とありますが、助手席上部への取付けとなりますがよろしいでしょうか。	可とする。
2	P25/41 第6-10 「無線機等移設」は、更新車両4台、既設車両6台の10車両での移設とありますが、玉突き移設工事が4台と単純移設工事が2台でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり。
3	P30/41 別表1-3 ご指定の型式について、下記の品目を同等品と判断していただけますでしょうか。 SAP-520RB(C)V、SDM-10/11付 → TCDサイレンアンブdeck 専用ハンドマイク及び専用ステアリングスイッチ付き	可とする。
4	P31/41 別表1-45 車輪止め数量2個は、2対で計4個でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり。
5	P31/41 別表1-49～52 ご指定の型式について、下記の品目を同等品と判断していただけますでしょうか。 49, 前部赤色点滅灯 LP5-M1、LP3-M1 → 大阪サイレン製 LFA-150 50, 後部赤色点滅灯 LP3-M1 → 作業灯一体型小糸製2灯 51, 周囲作業灯 LP5-M1-V → 補助赤色警光灯兼用小糸製 52, フレキシブル型マイク FMU-12 → TCDサイレンアンブ専用品フレキシブルマイク	可とする。
6	P32/41 別表1-64 コーナーセンサーとありますが、フロントのみとなりますがよろしいでしょうか。	可とする。
7	別表の医療資機材が、昨今の世界情勢により、製造中止等が発生する可能性もございます。この場合は双方協議のうえで解決していただけるでしょうか。	ご質問の事態が発生した場合は、双方で協議のうえ状況に応じて必要な判断を行うものとする(例:同等品の納入など)。

以上